No.SYS000000

校正証明書

製品名称：ES-100
シリアル番号：000001

校正結果：



平均流量：100.2L/min　総流量：1002L

判定基準：

項目	基準値	測定値	判定
平均流量	100L/min±6.0L/min	100.2L/min	合格

上記シリアル番号の ES-100 はシスメックス株式会社が定める流量範囲内で正常動作していることを、ここに証明いたします。

校正情報：

実施場所	〒651-2241　神戸市西区室谷１－３－２ シスメックス株式会社 ソリューションセンター内
校正実施日	2018/12/01
次回校正推奨日	2019/11/30
作成日	2018/12/01

計測機器：

機種名	エア用超音波流量計
型式	TRX25R-C/5P
製造番号	1807-04100
メーカー名	愛知時計電機株式会社
校正実施日	2018/7/31
校正有効期間	3 年

作成：　会社名　　氏名

シスメックス株式会社　R&I 営業部